



ALERTA FARMACÉUTICA

RETIRO DEL MERCADO


FSM/CLC/WW/CEA/AMO



Nº Alerta:	Fecha instrucción/notificación de retiro:
Ampliación 3/23	27 de abril 2023
Tipo de retiro:	
Instruido	
Denominación del producto:	
AGUA BIDESTILADA SOLUCIÓN INYECTABLE	
Presentación:	
500 ml	
Principio Activo:	
AGUA INYECTABLE	
Nº Registro Sanitario:	
F-13887	
Serie(s):	
75RE0890	
Fecha de vencimiento:	
05/2024	
Titular del Registro Sanitario:	
LABORATORIO SANDERSON S.A.	
Laboratorio Fabricante/País:	
LABORATORIO SANDERSON S.A. / CHILE	
Clasificación terapéutica:	
Diluyente	
Descripción del defecto:	
Incumplimiento de test de esterilidad, detectándose contaminación microbiológica.	


DRA. ISEL CORTES NODARSE
DIRECTOR (S)
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE



